

点検・修理報告書

管理 No. 210984

発行日: 2022年1月21日

IC Clave	
作業年月日	2022年1月19日 作業時間: 8 Hr
顧客名	三宅歯科医院 様 TEL: 03-3241-2037
所在地	東京都中央区日本橋室町4-2-10 坂田ビル3F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300116	運転回数: 976回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 5 蒸気発生器加熱時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・蒸気ヒーターが断線しておりました。		
・そのために、蒸気発生器の温度が上昇せず、エラー 1 5 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーターを交換いたしました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 蒸気ヒーター		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出張料		
		東京都中央区日本橋室町4丁目2番10号(坂田ビル3階)		
		医療法人 三宅歯科医院		
		社団法人 三宅歯科医院		
		鈴 木 睦 磨		
		2022年 1月 3日		
		電話03(3241)2037番		
お客様ご確認署名欄		ご署名 印		
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。				

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	大黒
22/01/21	22/01/21	22/01/21