

C 作業報告書

お得意様	善美歯科 様				ご承認印
住所					甲田
TEL	0268-25-3800	室名		ご依頼	様
機種型式	ICW	号機		運転回数	108 回
完了	継続	☒ 有料	☐ 無料	製番	100038
取扱業者名	株式会社IHEシバウ 様				ご担当者

ご依頼内容・現象

No.9 仕上剤流量検知

原因

仕上剤流量検知 (流量計) 動作不良

処置

薬剤チューブ・接続口の確認
 流量計コネクター・基板コネクター
 取付確認
 基板コネクター CN1 電圧確認 23.99V
 温水による流量計確認... NG 部品交換
 仕上剤供給量確認、試運転動作確認

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

エ/ 49992

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 2 月 10 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 管 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	流量計	1		支給品

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	5 H × 1 名 × 7,500 円	37,500
3	派遣料	40km × 1 名 × 100 円	4,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター

長野SC

TEL - -

実施者

石井

メモ

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

仙台SC 022-232-0050 金沢SC 076-223-4456 静岡SC 054-398-3010
 郡山SC 024-939-7636 北関東SC 0284-82-1002 名古屋SC 0587-66-1677
 新潟SC 025-275-8347 つくばSC 029-864-5009 京都SC 075-645-1423
 長野SC 026-273-0720 埼玉SC 049-264-7044 大阪SC 072-625-6659
 松本SC 0263-59-5065 千葉SC 043-206-0660 福岡SC 093-284-5500

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

CARE メディカルケア株式会社

管理No. 778234

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料金内訳	
⑬ A	
部品代	0
⑭ B	
技術料等	41,500
⑮	
⑯	
⑰	
税別合計金額	41,500
消費税	3,320
ご請求金額 ¥	44,820
納品書 No.	9145