

D 作業報告書

|       |               |    |     |               |
|-------|---------------|----|-----|---------------|
| お得意様  | 善美歯科          |    | 様   | ご承認           |
| 住所    |               |    | 様   | 若林            |
| TEL   | 0268-25-3800  | 室名 |     | 様             |
| 機種型式  | IC Washer     | 機種 | 52回 |               |
| 完了    | 継続            | 有料 | 無料  | 製番 100038     |
| 取扱業者名 | 株式会社 IHI シバウラ |    | 様   | ご担当者 営業部 小山 様 |

ご依頼内容・現象

No.2 洗浄槽満水

原因

処置

洗浄フラム - 1.2.3. 清掃  
排水ホース目視確認  
試運転動作確認 工/49992

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

貴の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 15 年 12 月 28 日

保守形態

1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 9 対象外 (摘要)

サービス形態

1 保守期間 2 スポット CM 3 医療機器 4 区分 5 特 6 非特

作業区分

00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 ゴール 60 撤去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|-----------|----|----|----|
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |

|   |              |                 |       |
|---|--------------|-----------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・ | (見積書No.)        |       |
| 2 | 技術料          | 2 H× 1名×7500 円  | 15000 |
| 3 | 派遣料          | 40kmx 1名× 100 円 | 4000  |
| 4 | 宿泊費          | 泊× 名× 円         |       |
| 5 | 諸経費          |                 |       |
| 6 |              |                 |       |

サインセンター

TEL - -

実施者

部長

入力

検印

納品書

久保

メモ

特記事項

①管理 No. 777116

②作業日 20 15 12 28

③Uコード 0268253800

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100038

⑦保守・サービス形態 9-3-50

⑧故障コード 32 - 110 - 3

⑨実施SC 59

⑩技術者 23

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-9-11-2

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 19,000

⑮

⑯

税別合計金額 19,000

⑰

消費税 1,520

ご請求金額 ¥ 20,520

納品書 No. 7869