

# C 作業報告書

|       |                   |    |    |      |          |
|-------|-------------------|----|----|------|----------|
| 得意様   | 玉井歯科医院 様          |    |    | ご承認印 | (玉井)     |
| 住所    | 長野県東筑摩郡麻績村麻4157-5 |    |    |      |          |
| TEL   | 0263-67-1182      | 室名 |    | 依頼   | 様        |
| 機種型式  | BC-17             | 号機 |    | 運転回数 | 1083 回   |
| ⑦     | 継続                | ⑨  | 無料 | 製番   | 14070148 |
| 取扱業者名 | (株) IHI シバウラ      |    | 様  | ご担当者 | 小山 様     |

ご依頼内容・現象

ドアの下に水たまりが出来る

原因

ドアパッキン 汚水のため  
水漏水

処置

- ・ドアパッキン 清掃
- ・134℃ 滅菌 短縮にて試運転
- 134.5℃ 214~220kPa
- ・真空度 -93.4kPa
- ・水漏水なし 装置内部確認

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

- ☐異常なし    ☐警報・Er  
☐漏れあり    ☐異音あり  
☐破損あり    ☐劣化あり

部位

☐別紙添付    ☒あり    ☐なし

作業日 20 17 年 8 月 22 日

|        |         |         |         |         |         |       |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 保守     | 1 保守契約  | 2 性能点検  | 3 性能点検  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 点検外 | (摘要)    |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 保守内容  | 3 CM    | 医療機器    |         | 区分    | 特 非 特 特 |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検 | 50 点検   |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC | 80 アフター |
|        |         |         |         |         |         |       | 90 その他  |

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|   |              |                |       |
|---|--------------|----------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性能・ | (見積書No.)       |       |
| 2 | 技術料          | H× 名× 7500円    | 7500  |
| 3 | 派遣料          | 80km× 名× 100 円 | 8000  |
| 4 | 宿泊費          | 泊× 名× 円        |       |
| 5 | 諸経費          |                | 3,000 |
| 6 | ¥880×2       | 高速料金           | 1760  |

|          |      |     |     |
|----------|------|-----|-----|
| サービスセンター | 長野SC | 実施者 | 中曾根 |
| TEL      | -    |     |     |

|             |             |    |     |
|-------------|-------------|----|-----|
| 部署長         | 検印          | 入力 | 納品書 |
| 大 29.8.25 矢 | 佐 29.8.28 藤 |    | 久保  |

メモ

管理No. 796015

左記作業をおこないましたので、ご  
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、  
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5  
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC  
秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 兵庫SC 長崎SC  
仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岐阜SC 鹿児島SC  
新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC 北九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8  
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172  
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A  
部品代

⑭ B  
技術料等 20,260  
260

⑮  
20,260

⑯  
税別合計金額 20,260  
260

⑰  
消費税 1,620  
1,380

ご請求金額 ¥ 21,880  
640

納品書No. 4497