

C 作業報告書

お得意様	善美歯科				様	ご承認印	甲田
住所					様		
TEL	0268-25-3800	室名		依頼		様	
機種型式	IC Washer		号機	289	回		
完了	継続	有料	無料	製番	100038		
取扱業者名	株式会社 IHI シバウラ				様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象

No.1 漏水 漏洩検出

原因

給水電磁弁(SV102)の
ホース外れ

処置

- 給水電磁弁ホース取付
- 循環ポンプ用ホース漏水のため
ホースバンド増締め
- 各ホースバンド増締め
- 作動確認

最終確認チェック

☒漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作

☐絶縁 ☐プログラム設定 ☒試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	
部位	

作業日 20 16 年 6 月 17 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
499975				

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)
2	技術料	3 H× 1 名× 7500 円	22500
3	派遣料	40km× 1 名× 100 円	4000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6			

サビセンター

TEL 長野SC

実施者 中曾根

メモ

点検出張修理依頼表

No. MS-16-0620-3

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 777791

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	
技術料等	29,500
⑮	
⑯	
⑰	
税別合計金額	29,500
消費税	2,360

ご請求金額 ¥ 31,860

納品書No. 2834