

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018 年 6 月 7 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 5 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	愛歯科診療所 様	TEL: 0557-83-2184	
所在地	静岡県熱海市田原本町9-1 熱海第1ビル 6F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100072	運転回数: 1101	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶内高圧異常

原因

・電子回路基板の不良

処置、作業内容

・電子回路基板交換

・各種調整 運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・電子回路基板				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 6 月 16 日
医療法人社団愛歯科診療所

ご署名 菊池 尚子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/06/01
菊池

環PJ
'18/06/01
石本