

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20150409

発行日 平成27年 4月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100137
作業年月日	平成27年 4月 9日		作業時間: Hr
顧客名	大原医院		TEL: 0533-86-8785
所在地	豊川市松久町2-1-2		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 22年 9月 1日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 520
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

E202×17, E201×6, E101×10, E207×3, E302×4 Ver 0107

装置情報	交換後運転回数: 581 更新(リット) 実施・未実施	殺菌: 695	殺菌+アル: 1580
	リークチェック: 0 自己洗浄: 1057	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年 4月 9日

ご署名 大原、敬多可



修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町二丁目1-40 ケンカサ御器所
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

H27 4/9

