

D 作業報告書

お客様 様	松本デンタルクリニック		ご承認
住所	静岡県沼津市米山町2-3		
TEL	055-943-7350	室名	洗浄室
機種 型式	Ic washer	号機	100/02
完了	継続	有料	無料
製番	100/02		
取扱業者名	(株) IHIシバウラ		
ご担当者	安田 様		

ご依頼内容・現象
修理完了品納入設置。
(5/25「Er3」発生、IHIにて代品入換修理。)

原因

処置 代品と修理完了品入換え設置。
試運転立会い動作テスト。
各部漏れ有り 漏水なし。
洗浄テスト実施良好。
※試運転中 温度センサー-Er発生、基板コネクターチェック。
センサーケーブルコネクター再取付、→温度表示正常値確認。

最終確認チェック

☒漏れ ☒行程異常 ☒異音・異臭 ☒安全装置動作

☒絶縁 ☒プログラム設定 ☒試運転 ☒最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er

☐漏れあり ☐異音あり

☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☒あり ☒なし

作業日 20 16 年 06 月 10 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 性能 点検	9 対 外	(摘要✓)
サービス 形態	1 保守 契約	2 スポ ット	3 CM	医療 機器	区分	特 管	非 特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現場 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コ ール
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 ア フター
							90 そ の 他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 6 月 10 日 10 時 30 分

作業完了時刻 6 月 10 日 14 時 30 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 4 H×	名× 7500 円	30000
3	派遣料 106km×100 2名×	円	16960
4	宿泊費 泊×	名× 円	
5	諸経費 駐車場代		700
6	41380 片道高速車		2760

サービスセンター

TEL - -

実施者 高津 河野

部署長 入力 検印 納品書

小林 長川 久保

特記事項

(直)

(株) IHIシバウラ 岡山

安田様

①管理 No. 778083

②作業日 20 16 06 10

③Uコード 0559437350

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100102

⑦保守・サービス形態 9-1-90

⑧故障コード 010 - -

⑨実施SC 612

⑩技術者 719

⑪同行・応援 812, ,

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 50420

⑮

⑯

税別合計金額 50420

⑰

消費税 4033

ご請求金額 ¥ 54453

納品書 No. 2026