

作業報告書

依頼様	松本テニール72-17			様	ご承認	
住所	静岡県沼津市米山町2-3			様	KPA	
TEL	055-743-7350	室名		依頼	様	
機種型式	Ice Washer		号機	運転回数	回	
完	続	有	料	無	料	製番
100102	100102		100102		100102	
取扱業者名			ご担当者			様
(株) IHIエバウ(岡山県) 様			中澤			様

ご依頼内容・現象

・ハートボースホルダ(折損品)の交換
・他のハートボースホルダの状況確認

原因

ハートボースホルダのステン印が折れたため

処置

ハートボースホルダ 交換 1台
ハートボースホルダにステン印が折れたため

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 09 月 07 日

保守形態	1 保守契約	2 性検整備	3 性検点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 9 月 7 日 15 時 30 分

作業完了時刻 9 月 7 日 16 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 H× / 名× 7500 円	7500
3	派遣料	106km×100 / 名× 7500 円	79600
4	宿泊費	泊× 名× 円	10600
5	諸経費	駐車場代	200
6		高圧費	3000

サービス担当者

TEL - -

実施者

部署長

入力

検印

納品書

①管理 No. 768505

②作業日 20 16 09 07

③Uコード 0559437350

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100102

⑦保守・サービス形態 9-2-90

⑧故障コード 00 - -

⑨実施SC 62

⑩技術者 79

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等

⑮

⑯

税別合計金額

⑰

消費税

⑱

ご請求金額 ¥

納品書 No.