

D 作業報告書

お得意様	中島南科医院		様	ご承認印
住所	静岡県沼津市三田町7-14		中島	
TEL	055-932-7177	室名		様
機種型式	BC-17 オート2L-7	号機		回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	IHIシバウ		様	ご担当者
	13100065		安田	様

ご依頼内容・現象
E-31. の発生
(1.5kV加圧異常) 1.5kV加圧制御不良

原因
・ 異常発生時の給水制御不良
・ 排蒸弁の少量の蒸気漏れ

処置
・ 給水電機弁(ポンプ)の交換
・ 排蒸弁の交換
・ フォルトリセット、バキューム清掃
・ 試運転動作テスト、各部漏れ点検

X 2015 10/7 納入

最終確認チェック ☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☒ 安全装置動作
☒ 絶縁 ☒ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 06 月 08 日

保守形態	1 保守契約	2 性検整備	3 性検点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 6 月 8 日 9 時 00 分
 作業完了時刻 6 月 8 日 10 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	給水電機ポンプ	1		交換品
	排蒸弁	1		〃

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	4 H × 1 名 × 7500 円	30000
3	派遣料	111km × 100 / 名 × 円	11100
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	高速費 1300 × 2	2600
6			3000

サービスセンター	TEL	実 施 者	井口 河野
----------	-----	-------	-------

メモ

特記事項

IHI シバウ 安田様
(岡山)
(直)

①管理 No. 778041
 ②作業日 20 16 06 08
 ③Uコード 055 932 7177
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 13100065
 ⑦保守・サービス形態 9-1-50
 ⑧故障コード 00 - -
 ⑨実施SC 62
 ⑩技術者 79
 ⑪同行・応援 82, ,
 ⑫原因・処理 - - - 2

料 金 内 訳

⑬ A	部品代	0
⑭ B	技術料等	46700 43700
⑮		

⑯	税別合計金額	46700 43700
⑰ B	消費税	3736 3496

ご請求金額 ¥	50436 47196
---------	----------------

納品書 No.	1977
---------	------