

D 作業報告書

依頼者	やまなか薬科		様	ご承認印
住所	静岡県浜松市南区高塚1470-1		様	
TEL	053-445-1155	署名		様
機種型式	BC-17 オ-12L-ブ	号機	18090192	回
宛先	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) IHIサービス (岡崎県)		様	ご担当者
	小 山 様			

ご依頼内容・現象

Er-26 の発生

(滅菌保持工程にて134.0℃保持出来ず)

原因

X-カーへ問合せ→温度制御の要修正必要の為、X-カーへ修理依頼(引取修理)

処置

出荷検査 修正の実施

試運転動作テスト、Er-26 再発無し

最終確認チェック

☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☒ 安全装置動作

☒ 絶縁 ☒ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言

別の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2017年05月30日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	60 搬入移動	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他					

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 05月30日12時00分

作業完了時刻 05月30日13時00分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No. 6279-243)	70111
2	技術料 H× 名× 円		
3	派遣料 208km×100 名× 円		
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 高速費 75100		
6	送料 75211		

サインセンター

静岡県 浜松市 河野

実施者

TEL

メモ

特記事項

①管理 No. 784589

②作業日 20170530

③Uコード 0534151155

④⑤機種コード 11-09

⑥製造 No. 18090192

⑦保守・サービス形態 9-2-90

⑧故障コード 00- -

⑨実施SC 62

⑩技術者 79

⑪同行・応援 82, -

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 70111

⑮

⑯

税別合計金額 70111

⑰

消費税 5608

ご請求金額 ¥ 75719

納品書 No. 1680