

D 作業報告書

得意様	熱海愛産科診療所 様				ご承認印
住所	熱海市田原本町9-1第ビル6F				
TEL	0557-83-2184	署名		依頼	様
機種型式	ICC ホット7"		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100072
取扱業者名			ご担当者		
(株)IHIエグジテック 様			宮下 様		

ご依頼内容・現象
 ICC センサ-異常の発生。
 (代替器 BC-17 と入替実施)

原因・因-

処置
 代替器 と入替え作業実施。
 (株)IHIエグジテック 廣瀬様と同行

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 磨耗・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	
部位	

作業日 20 17 年 10 月 20 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 10 月 20 日 17 時 00 分
 作業完了時刻 10 月 20 日 18 時 45 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検・ (見積書No.)	
2	技術料 11 × 名 × 円	
3	派遣料 162km × 100 / 名 × 円	16200
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費 駐車場代	430
6	高速費 1380 × 2	2760

サービスセンター	実施者
TEL - -	河野

メモ

特記事項
 IHIと同行作業

①管理 No. 773590
 ②作業日 20 17 10 20
 ③Uコード 0557832184
 ④⑤機種コード 11 - 73
 ⑥製造 No. 100072
 ⑦保守・サービス形態 9-2-570
 ⑧故障コード 00 - -
 ⑨実施SC 62
 ⑩技術者 79
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 19390
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 19390
⑱	消費税 1551
ご請求金額 ¥ 20941	
納品書 No. 6495	