

D 作業報告書

依頼者様	たんぼ歯科診療所		様	ご承認印	ハンコ
住所	金沢市白坂町331-37				
TEL		室名		依頼	様
機種型式	WD-150	流注器	号機	選取回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	14080144
取扱業者名	IHJクワテック		様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象

仕上剤の減りが早い

原因

薬液ホース劣化寿命のため

処置

仕上剤、流注器、エアーフィルター（ハイフロー）交換
薬液量チェックOK。
動作確認終了OK。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2018年04月27日

保形 守形 1 保守契約 2 整備 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検 (摘要✓)

サービス形態 1 保守期間 2 入替 3 CM 医療機器 区分 付 非

作業区分 00 部品完成 10 納入設置 11 点検調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 除去移動

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00203190	4コ-ア	2	2800	5600
T00202460	フィルター	1		14700

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料 2 日× 名× 9500 円		15000
3	派遣料 名× 100 円× 20 名		2000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6			

サビシヤ 金沢SC 実施者 木下

部署長 検印 入力 納品書

①管理No 796928
②作業日 20180427
③Uコード 0762571818
④機種コード 11-09
⑤製造年 14080144
⑥保守・サービス形態 9-2-50
⑦故障コード
⑧実施SC 61
⑨技術者 20
⑩同行・応援
⑪原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A	17500
部品代	20300
⑭B	
技術料等	20000
⑮	
⑯	
税別合計金額	37500
	50300
消費税	3000
	53300

ご請求金額 ¥ 40500

納品書 No 826