

点検・修理報告書

管理 No. 2018.08.20

発行日: 2018年 08月 20日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 8 月 10 日 作業時間: 8 Hr
顧客名	塚本歯科クリニック 様 TEL: 055-934-8020
所在地	静岡県沼津市下香貫前原1499-1 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所 ご担当 落合 様
納入年月日	2016 年 8 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張 <u>引取</u>	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100146	運転回数: 1509	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラーNo.1 漏洩検出 発生のため、お預かりしました。

原因

乾燥ラインの継手が破損し、結露水が洗浄機内へ漏れ出ていました。

処置、作業内容

該当部品の交換をおこないました。(高強度品への交換)

特記事項

洗浄槽内下部のフィルターにゴミ詰まり・器材落下がありました。
器械の故障につながりますので、定期的な清掃をお願いいたします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	L型樹脂継手		4		
2	ドア固定用ワイヤー・プーリー		2		
3	ドア下シリコンシート		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計 055-934-8022 静岡県沼津市下香貫前原1499-1		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人社団 真歯研
塚本歯科クリニック

ご署名 理事長 塚本 真 平

TEL 055-934-8022 責任技術者 8026

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

