

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 なかや歯科 御中

製造番号 100224

住所 静岡県浜松市中区早出町231-2

点検日 2019年 5月 20日

点検時間 ~

点検者 川本

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町231-2

なかや 歯 科

院長 中 谷 圭 吾

2019年 月 日

ご署名

TEL 053-411-2888

FAX 053-411-2887



本作業にて知れた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528