

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 OMFサージテック 三共歯科 御中 製造番号 100117
住所 静岡県静岡市葵区伝馬町21-13 三共トラストビル 2F
点検日 2019年 5月 17日
点検時間 _____ 点検者 IAT 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

・ドア内側への器材落下はございませんでした。

お客様ご確認ご署名欄

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町21-13
三共トラストビル2F

2018年 6 月 11 日

OMFサージテック三共歯科

ご署名 TEL 054-266-5971 (印)

本作業にて知れた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528