

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 10日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC clave		
作業年月日	2019年 3月 14日		作業時間: Hr
顧客名	愛歯科クリニック	様	TEL: 0557-54-6480
所在地	静岡県伊東市八幡野1183 やまもプラザ内		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所		ご担当 落合 様
納入年月日	2018年 6月 13日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100338	運転回数: 285回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラーNo. 14 真空時間オーバー異常		
原因		
真空ポンプ稼働時、電流値の変動。		
処置、作業内容		
真空ポンプ交換済み。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	70

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 4月 10日

静岡県伊東市八幡野1183 やまもプラザ内

ご署名 愛歯科クリニック 0557-54-6480

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
小柳	小柳