

点検・修理報告書

管理 No. 19291

発行日: 2020年3月30日

IC Clave	
作業年月日	2020年3月26日 作業時間: 8 Hr
顧客名	上林歯科 様 TEL:
所在地	静岡県浜松市北区小松1247 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所 ご担当 様
納入年月日	2018 年 1 月 22 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100291	運転回数: 1584回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 6 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		
・真空ポンプの音が大きいので交換させていただきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 14 日

ご署名 上林 弘明 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/03/30	'20/03/30	'20/03/30