

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	おみfamily歯科クリニック	製造番号	100388	点検実施日	承認印	
	住所	静岡県南区若井町326	運転回数	1293	点検実施者		
	納入場所		サービス形態		乗リタ担当者		

計装(安全)

- ☒ 圧力計ゼロ設定
- ドア
- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 缶内温度センサの汚れ
- ☒ トレー類・蓋蓋トレイ(網バスケット)の破損・汚れ
- ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作確認
- ☒ 排気弁の動作確認
- ☒ 真空・排気弁の動作確認
- ☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 排水コネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(缶内)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ シリコン他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブの折れ・裂けの確認
- ☒ 蓋の損傷・割れ
- ☒ フロートセンサー(L)の作動確認
- ☒ フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動確認

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態
- ☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- ☒ 設置場所の水平確認
- ☒ 本体のフロント側が高いことの確認
- ☒ アジャスタの緩み・破損の確認
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- ☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ☒ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ ※(使用回数 回)

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ コンバクトPCDIによる判定
- ☒ TEST/バキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認	
☒	否

インジケータ貼り付け

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

点検・修理報告書

管理 No. 20076
発行日: 2020年7月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/7/3		作業時間: 8 Hr
顧客名	みもりfamily歯科クリニック 様		TEL:
所在地	静岡県浜松市南区若林町326		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 静岡営業所		ご担当 様
納入年月日	2019 年 3 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100388	運転回数: 1293回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
・エラー18 減圧異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しておりました。		
・真空弁が閉のときに、少しリークがありました。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
・真空弁を交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	真空弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

みもりfamily歯科クリニック

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		

書
告
報
業
作
C

英 荷 貨	完	①	船 名	有 料	無 料	運 送 價 額	1293	回
住 所	IC CLAVE			5721		IC 17717	100388	
TEL	424-5721			5721		57217	100388	
英 荷 貨	IC CLAVE			5721		IC 17717	100388	

二 依頼内容・現象

○点検：修理完了後搬入、代前搬上し上

(ご依頼者様)

原 因

処 置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了：異常なし

皇国のへまをす
お容れへ

[illegible]

受	分	時	日	月	年
到	分	時	日	月	年
作發完了	分	時	日	月	年

[illegible][illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	15,000
2	成箱料	H × 名 ×	円
3	派遣料	H × 名 ×	40,000
4	宿泊費	泊 × 名 ×	円
5	諸経費		
6	有明道路		6,000

[illegible]

取扱業者 (請求先)	エフエフエフ
(支店名)	
(ご担当者)	
(注文No.)	


エムシーサービス株式会社
 原価機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074


エムシーサービス株式会社
 圧空機器の修理・点検 (圧空機器修理業許可取得)・販売
 〒1087-0013 東京都千代田区小島37-1-9
 TEL 026-27-0720 FAX 026-27-4074

料 金 内 訳

部品代			
-----	--	--	--

⑬ A

⑬ B	技術料等	6/000
-----	------	-------

[illegible]

⑮	親別合計金額	6/100
---	--------	-------

消費税	6/100
-----	-------

ご請求金額 円	67100
---------	-------

品 名	W
-----	---