

保守点検・修理 報告書

管理 No. H20170510

発行日：平成 29 年 5 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300501
作業年月日	平成 29 年 5 月 10 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	遠藤クリニック 様		TEL： 0545-34-0048
所在地	静岡県富士市神谷527-1		ご担当 様
販売店	ベルメディカルケア株式会社 様		ご担当 五十嵐 様
納入年月日	平成 27 年 5 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 378
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 434	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 336	殺菌/消毒+7L： 595
	リークチェック： 0	自己洗浄： 396	アルコール単独： 2	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	課長部 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
 TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	2017/5/10 岡村