D 作業報告書

得意様	[illegible] 様	ご承認印	
住所	[illegible]		
TEL	[illegible]	署名	
機種名	[illegible]	メーカー	[illegible]
型式	[illegible]	製番	
完了	継続 ✓ / 有料 / 無料 ✓	運転回数	回

作業日 20 20 年 4 月 1 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コル ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間	4	1	17	05
作業完了時刻	4	1	18	05

取扱業者(請求先): エムエスプリテック
(支店名)
(ご担当者) 尾関様
(注文No.)

特記事項

①管理No. 816272
②作業日 20 200401
③Uコード 055983387
④⑤機種コード 11 - 73
⑥製造No.
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード 32 -
⑨実施SC 62
⑩技術者 82
⑪同行・応援
⑫原因・処理 - - 1 - 2

ご依頼内容・現象: ISM自動開閉不良 エレベーター開放不能
(ご依頼者 様)

原因: 運転中トラブル誤作動でISMが動いてしまったとのこと。現地にて調整不可の為後日代替機と入替となります。

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

ISM 御解決
⑨後日代替機入替

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1 H× 1 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料 122km×1 名× 100 円	12,200
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

B

料金内訳
⑬A 部品代 0
⑭B 技術料等 20,200
⑮
⑯ 税別合計金額 20,200
消費税 2,020
ご請求金額 ¥ 22,220
納品書No.

お客様への伝言

サービスセンター: 静岡 TEL
実施者: 井口

責任技術者	検印	入力	納品書
井口			