Ⓒ 作業報告書

NO. 2922 P. 3

お得様	やまなか歯科 様	ご承認印	
住所	静岡県浜松市南区高塚町1470 清和ビル		
TEL	053-415-1155	室名	
機種名	卓上型オートクレーブ	メーカー	(株)エトエアグリテック
型式	BC-17 (号機)	製番	14090192
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	3157 回

作業日 2021年02月05日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 メンテ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 マニュアル / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)エトエアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 831724

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島8171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 秋田SC 相台SC 郡山SC 新潟SC 盛岡SC 仙台SC 北関東SC 静岡SC 東京SC 横浜SC 名古屋SC 大阪SC 神戸SC 岡山SC 広島SC 北九州SC 福岡SC 長崎SC 佐賀SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒389-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4118

ご依頼内容・現象
エラー26(滅菌温度低温異常)がでる。
※134℃滅菌処理中の滅菌保持工程中に庫内の温度が134.1℃以下になる。
(ご依頼者 様)

原因

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

※入替対応

※代替機NO.14060104 運転回数 407019

お客様への伝言
御見積書を提出させて頂きます。
よろしくお願い致します。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本 据付・点検・性検・ (見積書No.)			17,000
2	技術料	H×	名× 円	
3	派遣料 往復240km×1	名×	100 円	24,000
4	宿泊費	泊×	名× 円	
5	諸経費			
6	有料道路			5,880

料金内訳

⑬A 部品代		0
⑭B 技術料等	46	880
⑮		
⑯ 税別合計金額	46	880
消費税	4	688
ご請求金額 円	51	568
納品書No.		

サービスセンター	実施者
名古屋SC TEL	中山

責任技術者	検印	入力	納品書

2021年 2月16日 13時15分 エムシーサービス(株) 名古屋SC

C 実施者→営業