

D 作業報告書

依頼者	武田デジタルクリニク	様
住所	静岡県富士市松本372-8	
TEL	054-567-3663	署名
機種名	ウォッシャー・デイスインフューター	メーカー
型式	Ic washer	製造番号
完了	継続	有料
無料		

ご依頼内容・現象
"E-7"の発生
IHI377リテック
(ご依頼者 廣瀬様 様)

原因
フィルター・の汚れ(フィルター目詰まり)

処置
☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒各部増締め ☒分解・再セットアップ ☒各部清掃
☒グリスアップ ☒動作確認 ☒設定・プログラムの確認
☒点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☒性能検査立ち会い ☒試運転 ☒最終検査終了・異常なし
フィルター・清掃。洗淨バルブ分解清掃。計3回。
試運転立会い。動作テスト(熱水処理まで確認)
(特)モリタ担当者、相田様同行。
フィルター・清掃などの方法を再度ユーザーへ説明。

お客様への伝言 (特)モリタ担当者より説明

作業日 20 20 年 12 月 08 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 特約 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特約
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

受付 月 日 時 分
到着時間 12 月 08 日 15 時 15 分
作業完了時刻 12 月 08 日 17 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H × 1 名 × 8500 円	17000
3	派遣料 74km × 100 名 × 円	7400
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3000
6	高圧洗浄 3860 × 2	1720

責任技術者	検印	入力	納品書
井ノ口	長川	20.12.16	原
実施者	河野		

取扱業者 (請求先)
IHI377リテック
(支店名)
(ご担当者) 廣瀬様
(注文No.)

特記事項
当日 TELにて依頼有、
TELにて廣瀬様へ作業報告済。

①管理 No. 827161
②作業日 20 20 12 08
③Uコード 054 567 3663
④機種コード 11 - 74
⑤製造 No. 100469
⑥保守・サービス形態 9-2-50
⑦故障コード 32-502-6
⑧実施SC 612
⑨技術者 719
⑩同行・応援
⑪原因・処理 4-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A
部品代
⑭ B 29120
技術料等 26120

⑮
⑯ 29120
税別合計金額 26120
消費税 2912
26120

ご請求金額 ¥ 32032
28732

納品書 No.