

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	1255	作業日/納入日	2021/03/31(水)	ご依頼日/受付			
お得意様	やまなか歯科			様	ご依頼者		
住所	静岡県浜松市南区高塚1470-1			室名			
TEL	053-415-1155			保守契約			
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士		
応援		応援		応援			
メーカー	IHIアグリテック	型式	BC-17				
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当		
作業区分	点検(既存)	製造番号	14090192	運転回数	3165 回		
完了・継続	☒ 完了	継続	☐ 有料	無料			
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.			
支店名		ご担当者	様	見積No	00040		
連絡事項							
ご依頼内容・現象	定期点検(エラー26滅菌温度低温異常引き上げ修理分を含む)		原因	圧力センサーにゴミが詰まり劣化したと考えられます。			
	エラーNo・コード						
処置	☒ 部品交換 ☐ 各部増締 ☒ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・PG確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転 ☐ 異常なし						
交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考
	T00101520	圧力センサ	1.00		25,500	25,500	
	T00100460	ドアパッキン	1.00	6,200	4,600	4,600	
	T00101020	精密ろ過フィルター	1.00	8,400	6,720	6,720	
	T00102440	ドアハンドル	1.00		1,300	1,300	
作業費用	点検料	平日	20,000 円		合計	部品合計	38,120 円
	技術料	平日	1.0 H X 1 名 X 8,500 円 = 8,500 円			作業合計	78,380 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 240 km X 1 回 =	24,000 円				円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円				円
	諸経費		3,000 円			税別合計金額	116,500 円
	有料道路		5,880 円			消費税(10%)	11,650 円
	入れ替え費		17,000 円			ご請求額	128,150 円
			円				

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	青柳	倉知	長川	小林

納品書No.
10989