

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2018 10 15

発行日：平成 30 年 10 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300273
作業年月日	平成 30 年 10 月 15 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	藤沢医院 様		TEL：0562-83-8111
所在地	知多郡東浦町石浜白山1-100		ご担当
販売店	シーアール中部株式会社		ご担当 高澤 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 451
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 93	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 18	殺菌/消毒+アル： 420
	リークチェック： 4	自己洗浄： 4	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	活性炭フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	30 年 10 月 15 日 ご署名 高澤 隆子 印
---	-----------------------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
 TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
早坂	早坂 隆子