

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 3 / 年 3 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301361
作業年月日	平成 3 / 年 3 月 22 日		作業時間： 10 Hr
顧客名	つつじが丘クリニック 様		TEL： 0532-66-2103
所在地	愛知県豊橋市佐藤1-14-25		ご担当 様
販売店	(株)三輪器械 豊橋営業所		ご担当 岩原 様
納入年月日	平成 30年 3月 5日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H31年度 定期メンテナンス 実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置情報	交換後運転回数： 314	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+7L： 3/2
	リークチェック： 0	自己洗浄： 279	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

岩原 印

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	H30.3.22 岩原

Ver.3.1