

点検・修理報告書

管理 No. 210102
発行日: 2021年8月3日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年7月29日 作業時間: 8 Hr
顧客名	熱海愛歯科診療所 様 TEL: 0557-83-2184
所在地	静岡県熱海市田原本町9-1 第1ビル6階 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016年3月18日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100072	運転回数: 3519回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプのコンデンサーの容量が低下しておりました。これにより、真空ポンプが起動しなかったと考えられます。		
処置、作業内容		
・コンデンサーを交換いたしました。		
特記事項		
・SDボードが故障していましたので、交換いたしました。		
・排気弁の作動不良が確認されたので、交換いたしました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 コンデンサー		1		
2 SDボード		1		
3 排気弁		1		
4				
5				
6				
7				
		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年8月6日

ご署名 青不彦 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/08/03	'21/08/03	'21/08/03