

作業者用



株式会社エムシーサービス

環境事業部 環境サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺南170番6

TEL086-944-6228
FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称	ゆかデジタルクリーン	製造番号	14060092	ご確認 安藤
	住所	名古屋市東区佐米田2丁目106	納入検査実施日	2014年 8月 18日	
	納入場所		納入検査実施者	エムシーサービス(株) 高井 河野	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	○	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	○	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	○	フック検出ユニット作動確認		○	ディスプレイの色あせ・表示確認
	○	ドアロックユニット作動確認		○	電源スイッチの作動状態
	○	蓋板のキズ・汚れ		○	USBソケットの反応・汚れ
缶体	○	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	○	行程表示LEDの点灯
	○	滅菌温度センサの汚れ		○	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	○	網カゴ、破損・汚れ		○	本体の水平確認・基準傾き内
	○	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		○	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	○	給水タンクの損傷・漏れ	制御	○	キズ・汚れ
	○	下部給水弁の漏れ		○	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	○	蓋・取っ手の損傷・割れ		○	運転プログラムの確認
	○	フロートスイッチの作動状態・汚れ		○	入力・出力確認
排水タンク	○	タンクの汚れ・漏れ	性能評価		B&Dテスト実施
	○	フロートスイッチの作動状態・汚れ		○	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	○	付属品の確認
				○	運転説明
				○	装置内運転時異音

出張時間	数量	単価	金額