

作業者用




株式会社HINIBAWA

環境事業部 環境第一 GL

于704-8122 岡山県岡山市東区南大寺新井170番6

TEL 086-944-7628
FAX 086-942-9051

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称	製造番号	二確認 
	医療法人昭正会 鈴木齒科医院	14080155	
	住所 東京都高浜市青木町7丁目5-21	納入検査実施日 2015年3月9日	
	納入場所	納入検査実施者 ICW-1772(株)名石産 高濱	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯	
	✓	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	綱カゴ、破損・汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ		制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ			✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ			✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ			✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト	
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認	
				✓	運転説明	
				✓	装置内運転時異音	

出張時間	数量	単価	金額