作業者用

株式会社IHIシバウラ
環境事業部 環境サービスGL
〒704−8122 岡山県岡山市東区西大寺新[illegible]70番6
TEL086−944−[illegible]
FAX086−942−9030

製造番号：14090180

クラスB　オートクレーブ　BC−17設置報告書

お客様	名称 [illegible]・[illegible]	製造番号 14090180	ご確認	(株)モリタ 田畑
	住所 名古屋市中川区[illegible]町 4−43	納入検査実施日 2015年 5月15日		
	納入場所	納入検査実施者 エムシーサービス(株)名古屋SC　高津		

項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
	✓	フック検出ユニット作動確認
	✓	ドアロックユニット作動確認
	✓	蓋板のキズ・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
	✓	滅菌温度センサの汚れ
	✓	網カゴ、破損汚れ
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ
	✓	下部給水弁の漏れ
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ

異常なし
✓

項目	判定	検査項目
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	電源スイッチの作動状態
	✓	USBソケットの反応・汚れ
	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	キズ・汚れ
	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
制御	✓	運転プログラムの確認
	✓	入力・出力確認
性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	リークチェックテスト
その他	✓	付属品の確認
	/	運転説明
	✓	装置内運転時異音

出張時間	数量	単価	金額