

作業報告書

おと貝歯科様	ご承認印
住所 愛知県愛知郡東郷町兵庫1丁目1-3 山崎	
TEL 052-808-3330 室名	様
機種型式 WD-150	号機 847 回
継続 無料 製番 13100045	
取扱業者名 (株)IHIバウ様	ご担当者 宮下 様

ご依頼内容・現象

・洗剤不足のメッセージが出る。

原因

・洗剤コネクタ破損の為。

処置

・洗剤コネクタ交換。

・動作確認。

・テスト運転。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機体のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 2015年12月25日

保守 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検	1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検
サービス 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検	1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検
作業区分 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検	1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検

(24時間制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T02.00860	ジヤック(黄)	1		200

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 R× / 名× 7500円	11,250
3	派遣料	往75km / 名× 100円	7500
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	材料運搬		1,740

サービスセンター	名古屋SC	実施者	高津
TEL 052-66-1677			

メモ

管理No. 776087

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

山崎SC 022-232-0030 名古屋SC 052-221-1450 長野SC 026-273-0720
山崎SC 024-238-7834 名古屋SC 052-221-1002 山崎SC 026-273-0720
山崎SC 025-273-0317 山崎SC 026-273-0720 山崎SC 026-273-0720
山崎SC 026-273-0720 山崎SC 026-273-0720 山崎SC 026-273-0720

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒306-0002 長野県上田市住吉280-3
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

A 部品代 200

B 技術料等 20 890

C

D

E 総計金額 20 690

F 消費税 1 639

G

H 請求金額 ¥ 22 329

I 納品書No