

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様 お名前	名称	製造番号	点検実施日	検査 承認印	
	住所	通称	点検実施者		
	納入場所	サービス部署	お問い合わせ先		

計装(安全)

- ☒ 圧力計の点検指示確認
- ドア**
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック調整ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ボローセットの締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・取れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 調整のキズ・汚れ

密閉

- ☒ 取れ・キズ・腐食・割れの有無
- ☒ 減圧温度センサの取れ
- ☒ 動力部の確認・汚れ
- ☒ 圧力ストレナーの確認・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の確認・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の確認・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの取れ・腐蝕
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(高気圧室)の漏れ
- ☒ ダンプ弁の漏れ・取付確認
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ リケット他溶接部はれ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電熱ポンプの作動状態・異常・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行機表示LEDの点灯
- ☒ 異型コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子の確認
- ☒ 端子の腐み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の色色・漏電有無・絶電状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の腐み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準線以内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 除菌剤プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのお取り換え・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ゲミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
KTパッキン	1



株式会社IHI

機械事業本部営業部 営業サービス
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大井町1-6
TEL 086-844-6528 FAX086-842-9030