

D 作業報告書

お得意様	伝馬歯科			様	承認印
住所	名古屋市中熱田区伝馬1丁目6				
TEL	052-671-1032	室名		依頼	様
機種型式	WD-150 (マルチファンクション)	号機		運転回数	回
完	継続	有料	無料	製番	14080164
取扱業者名	(株) IHI シバウラ		様	ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象

エラー19(洗浄槽満水)が出た。

原因

排水ホースに異物が詰まり排水が止まる。

処置

- 排水ホース(M2)交換。
- 排水ホース継手破損の為交換。
- フィルター清掃
- テスト運転

最終確認チェック

☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 3 月 29 日

保守 守 1 保守契約 2 性能点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検 (摘要)

サービス形態 1 保守期間 2 保守内容 3 CM 医療機器 区分 特 非特

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 アフター 60 撤去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水ホース	1		支給
	排水ホース	1式		支給

1	基本・掘付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H × 1 名 × 7500 円	22500
3	派遣料	往48km × 1 名 × 100 円	4800
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	材料道路		2260

サービスセンター

名古屋SC

TEL 052-66-1627

実施者

高津

メモ

特記事項

①管理 No. 778575 ✓

②作業日 20 16 03 29

③Uコード 0526711032

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14080164

⑦保守・サービス形態 9-2-30

⑧故障コード 32-208-1

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 32560

⑮

⑯

⑰

視別合計金額 32560

⑱

消費税 2604

ご請求金額 ¥ 35164

納品書 No. 10677