

# D 作業報告書

|       |                |      |      |      |
|-------|----------------|------|------|------|
| 指導員   | くのう歯科医院 様      |      |      | ご承認印 |
| 住所    | 岐阜県羽島郡笠松町上本町30 |      |      |      |
| TEL   | 058-371-2051   | 室名   |      | 依頼   |
| 機種型式  | BC-17(オートルーア)  | 号機   | 475  | 回    |
| 完了    | 継続             | 有料   | 無料   | 製番   |
| 取扱業者名 | (株)IHS 様       | ご担当者 | 安田 様 |      |

作業日 20 16 年 11 月 21 日

|        |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 点検    | 3 点検    | 4 点検    | 5 点検    | 9 点検外   |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 スト    | 3 CM    | 医療機器    |         | 特 非 特 非 |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検   |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 PC   |
|        |         |         |         |         |         | 80 アフター |
|        |         |         |         |         |         | 90 その他  |

メモ

特記事項

①管理 No. V791172 V

②作業日 20 16 11 21

③Uコード 0583872051

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 13100072

⑦保守・サービス形態 作業区分 7 - 2 - 50

⑧故障コード 62 - 203 - 1

⑨実施SC 63

⑩技術者 92

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

真空工程中に異音がある

原因

給水ポンプから異音。

処置

- ・11月16日現象確認。
- ・給水ポンプ交換。
- ・給水フィルター清掃。
- ・テスト運転。

最終確認チェック

☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |       |   |  |    |
|--|-------|---|--|----|
|  | 給水ポンプ | 1 |  | 支給 |
|  |       |   |  |    |
|  |       |   |  |    |
|  |       |   |  |    |
|  |       |   |  |    |
|  |       |   |  |    |
|  |       |   |  |    |

|   |             |                    |       |
|---|-------------|--------------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検 | (見積書No.)           |       |
| 2 | 技術料         | 2 H × 1 名 × 7500 円 | 15000 |
| 3 | 派遣料         | 往40km 2 回 × 100 円  | 8000  |
| 4 | 宿泊費         | 泊 × 名 × 円          |       |
| 5 | 諸経費         |                    | 3000  |
| 6 |             |                    |       |

サービスセンター

名古屋SC

TEL 052-66-1677

実施者 高津

部署長 入力 検印 納品書

長谷川 小林 長川 久保

料 金 内 訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 26000

⑮

⑯

税別合計金額 26000

⑰ B

消費税 2080

ご請求金額 ¥ 28080

納品書 No. 7096