

D 作業報告書

依頼者	コニドラ業科		様	ご承認印
住所	名古屋市中区石川町2-4		様	
TEL	052-552-1211	第名		依頼
機種型式	WD-130(洗浄機)	号機	3334	回
完了	経過	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHIニバウ		様	ご担当者
	小川		様	

ご依頼内容・現象

漏水エウ - が出る

原因

排水回路にヒコボックスから漏れ

処置

・ヒコボックス補修

・予防措置の為循環ポンプ配管ゴムに交換

・テスト運転

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

機種のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 汚損・Br

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2017年9月6日

保守形態

1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要)

サービス形態

1 保守期間 2 スキット 3 CM 4 医療機器 5 区分 6 非常時

作業区分

00 製品販売 10 納入設置 11 現地剪断 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コン 60 撤去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1		支給
	配管ゴムC	1		こ
	ジョイントエルボ	2		こ
	ジョイントエルボ/プロトン	2		こ

1	基本・据付・点検・性能検査 (見積書No)	
2	技術料 3.5 H× / 名× 7500 円	26,250
3	派遣料 往復バス 1 名× 100 円	200
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	材料道路	2260

サニセクター

実施者

部署長

検印

入力

納品書

TEL 052-66-1677

メモ

待記事項

①管理No. 795300

②作業日 20170906

③Uコード 0528531211

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 18066079

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32 - 188 - 2

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 32 710

⑮

⑯

税別合計金額 32 710

⑰

消費税 2 616

ご請求金額 ¥ 35 326

納品書No. 5216