

D 作業報告書

お客様 吹上みなみ歯科 様	ご承認印
住所 名古屋市中区栄町2丁目7-1	
TEL 032-753-4182	署名 ご依頼 様
機種 型式 BC-17 (オートクレーブ)	号機 運転回数 2232 回
完了 継続 有料 無料 製番 14090172	
取扱業者名 (株)IHインバウ 様	ご担当者 小山 様

ご依頼内容・現象

エラー30が出て止まってしまう

原因

処置

- 給水ホースの排気弁を清掃
- 給水ホースのフィルタを清掃
- ドマハット及びその面を清掃
- リストを回転

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 総線 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	除の機器のコンディション
しばらく様子を見て下さい。	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 破れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり	
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	部位

作業日 2017年8月28日

保形 守態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス 形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業 区分	00 製品販売	10 納入設置	13 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 ド見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	
2	技術料	2 日 × 1 名 × 7500 円	15000
3	派遣料	往復40km × 1 名 × 1000 円	8000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	解り易く		22600

サービスセンター	名古屋SC TEL 052-66-1671	実施者 高津	部署長 	検印 	入力 	納品書
----------	--------------------------	-----------	---------	--------	--------	---------

メモ

特記事項

①管理 No. 795293V

②作業日 20170828

③Uコード 6527534182

④⑤機種コード 11-09

⑥製造 No. 14090172

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-999-9

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-7-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 24260
⑮	
⑯	税別合計金額 24260
消費税	1940
ご請求金額	26200
納品書 No.	4688