

D 作業報告書

登録 番号	かみま歯科クリニック 様			ご承認印
住所	愛知県豊明市			
TEL	0562-85-1818	署名		様
機種 型式	JCW	号機	運転 回数	回
完	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス 様			ご担当者
	100213			様

ご依頼内容・現象

ドアを開けて、「ドアを開けよう」という
メッセージが出た

原因

ドアの開閉を認識するスイッチが
そのスイッチを押すバーが曲がっているため

処置

・スイッチを押すバーの調整
・テスト運転

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

箇の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 10 月 16 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 点検 外	(摘要)
サービス 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 CM	医療 機器			待 待 管 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 点検 外
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 PC	80 アフ ター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了
時刻 月 日 時 分

メモ

X-カ-機了承認

特記事項

①管理 No. 795371

②作業 H 20 17 10 16

③Uコード 0562851818

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100213

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 13 - 317 - 2

⑨実施SC 63

⑩技術者 65

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8 - 9 - 1 - 2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・搬付・点検・性検・	(見積書No)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7500 円	7500
3	派遣料	1770k × 1 名 × 100 円	177000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	有*1200		2260

サービス センター	TEL - -	実施 者	野田
--------------	---------	---------	----

部署長	検印	入力	納品書
長谷川	長谷川 29.10.16	久保	久保

料金内訳

③A
部品代 0

④B
技術料等 19760
16760

⑤

⑥
税別合計金額 19760
16760

消費税 1580
1360

ご請求金額 ¥ 21340
18760

納品書 No. 6176