

D 作業報告書

依頼者様	おのこども歯科医院 様		ご承認印
住所	愛知県 名古屋		
TEL	052-769-1153	著	様
機種型式	WD-150	号機	1099 回
継続	有料	無料	製番 14080153
取扱業者名	(株)EHI-TT		様

ご依頼内容・現象
「定期メンテナンス時期を迎えた」
の表示が出る

原因
交換部品使用回数のリセットのし忘れでなく
工程回数が1000回を超えた事による表示と見られる

処置 工程回数 1099回
 定期メンテナンス 122回
 洗剤ポンプアーム 122 / 1000 回
 HEPAフィルター 1099 / 2000 回
 KTRフィルター 1099 / 2000 回
 SUSフィルター 899 / 20 回
 上富田の指示のもと、5項目をリセットしました

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機体のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 1 月 17 日

保守形態
 1 保守契約 ☐ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 9 点検 ☒ (摘要)
 サービス形態
 1 保守期間 ☐ 2 保守料 ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 ☐ 形 ☐ 非特管
 作業区分
 00 製品返元 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 搬入移動 ☒
 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・洗検・	(見積書No.)	
2	技術料 0.5 H× / 名×8000 円		4000
3	派遣料 45k × / 名×100 円		4500
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6	有料道路		1740

部署長	検印	入力	納品書
倉知	長川 30.1.26 原	久保	小林
サービスセンター	TEL - -	実施者	野田

メモ
X-カ板承認済の為
サイン無し

特記事項

①管理 No. 795478 ✓
 ②作業日 20 18 01 17
 ③Uコード 0527691183
 ④⑤機種コード 11 - 92
 ⑥製造 No. 14080153
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32-999-2
 ⑨実施SC 65
 ⑩技術者 65
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-7-1-2

料金内訳	
⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	10 240
⑮	
⑯ 視別合計金額	10 240
⑰ 消費税	819
ご請求金額 ¥	11 059
納品書 No.	9039