

作業報告書

お客様 はるのり 栄科 様	ご承認印
住所 新潟県新潟市東区積町5丁目	
TEL 0562-37-480 番	様
機種 WD-150 (マルチメディア対応) 厚機	運転回数 426 回
⑦ 継続 有料 無料 製番 18060095	
取扱業者名 (株) IHIエスエス 様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象
 エア-8(循環ポンプ低下), エア-14(給水漏れ) が出た。

原因
 エア-8... 循環ポンプが故障している為
 エア-14... 現象出現は0人でした。

処置
 ・循環ポンプ交換。
 ・エア-8対策部品取り付け。
 ・各部増し締め。
 ・テスト運転

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	機種のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 3 月 22 日

保守 形態	1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 9 点検 (摘要)
サービス 形態	1 保守期間 2 ポット 3 CM 医療機器 区分 特 非 管 特
作業 区分	00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 搬入 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 F見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時制で記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1		支給

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料 2 H× 1 名× 7500 円		15000
3	派遣料 1 名× 100 円		8000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6	解道料		2260

サービスセンター TEL 58-66-1671	実施者 高津
----------------------------	-----------

メモ

待記事項

①管理 No. 778573 ✓
 ②作業日 20 16 03 22
 ③Uコード 0562394180
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 18060095
 ⑦保守・サービス形態 9-2-60
 ⑧故障コード 32-202-1
 ⑨実施SC 63
 ⑩技術者 42
 ⑪同行・必援
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 28 260
⑮	
⑯	視別合計金額 28 260
⑰B	消費税 2 260
ご請求金額 ¥ 30 520	
納品書 No. 10311	