

D 作業報告書

登録	水谷歯科医院		様	ご承認印
住所	三重県四日市市小杉町305-1		小杉	
TEL	0593-33-6160	室名		様
機種	IC Washer (ウォッシュ-デイスインジェクター)		号機	311
型式	IC Washer	運転回数	311	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHI アグリテック		様	ご担当者
	100255		宮下	様

ご依頼内容・現象

洗剤用フロートセンサー及び
仕上剤用フロートセンサー 交換

原因

処置

- ・洗剤用フロートセンサー交換
- ・仕上剤用フロートセンサー交換
- ・洗剤及び仕上剤チューブ内空気除去
- ・テスト運転

最終確認チェック

☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作

☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	属の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位
☐ 印刷紙添付	あり ☐ なし

作業日 20 18 年 4 月 25 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 ポット	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 部品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱い説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能検査	(見積書No.)	
2	技術料	日× 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料	往 120k × 名× 100 円	12,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	有料道路		3,440

部署長	検印	入力	納品書
名古屋SC	水野 森	久保	小杉
TEL			

メモ

特記事項

①管理 No. √ 804638 √

②作業日 20 18 04 25

③Uコード 0593336160

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 100255

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-315-1

⑨実施SC 613

⑩技術者 41

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 26,440
⑮	
⑯	税別合計金額 26,440
⑰	消費税 2,115
⑱	ご請求金額 28,555
⑲	納品書 No. 823