

D 作業報告書

依頼者 堀田 貴子	様	ご承認印
住所 名古屋市中区千代田13		依頼
TEL 052-994-8158	室名	依頼
機種 WD-150 シート洗浄器	号機	回
完了	継続	有料
無料	製番	14080136
取扱業者名 IHIシバウロ	様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象
循環水圧低下 Er-8 の発生

原因
循環ポンプ不良 (内部ベアリング)

処置
循環ポンプ交換
配管ゴムCの交換
試運転工程、動作テスト
各部漏れ4ヶ所 漏水なし

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機種のコンディション
メーカー	
機種	
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり	部位
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 07 月 15 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 整備	3 性能 点検	4 点検 整備	5 点検	9 対象 外	(摘要✓)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	医療 機器		区分	特 非 管 特 管
作業分 区	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 ゴ ール
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 そ の 他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 7 月 15 日 6 時 00 分

到着時間 7 月 15 日 8 時 45 分

作業完了時刻 7 月 15 日 12 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1		0
002-0167-0	配管ゴムC	1		21100

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 3.5 H× 1名× 7500 円	26250
3	派遣料 370km×1001 名× 円	37000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	高速費 4740×2	9480

サービスセンター
TEL - -

実施者
野田 静江

メモ

特記事項

①管理 No. 778107

②作業日 20 16 07 15

③Uコード 0529948158

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14080136

⑦保守・サービス形態 1-1-90

⑧故障コード 32 - 202 - 1

⑨実施SC 62

⑩技術者 79

⑪同行・応援 65, ,

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	
部品代	21100
⑭B	
技術料等	75730
⑮	
⑯	
税別合計金額	96830
⑰B	
消費税	7746
ご請求金額 ¥	104576

納品書 No. 3411