

D 作業報告書

お客様 じんの歯科クリニック 様	ご承認印
住所 名古屋市緑区	
TEL 052-879-1818	室名
機種 BC-17 (オートクレーブ)	運転回数
完了	燃料 有料 無料 製番 14090171 ✓
取扱業者名 (株)IHI シバウラ 様	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象
 エア- NO26 滅菌温度低温異常
 NO31 缶内加圧異常 が発生する

原因

処置
 ・2/27 給水ポンプ部フィルターの清掃及びエアパッキンの交換を行ったが改善されず、代替器にて対応 (コスモクレーブ)
 ・代替器も BC-17 へ差し換え
 ・被滅菌物を入れての運転立ち合い

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

箇の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 9 月 28 日

保守形態

1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	対象外
1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器		特 非

サービス形態

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去移設
70 PR	72 取説説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

作業区分

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
001-0046-0	ドアパッキン	1		4,600

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	3 H × 1 名 × 7,500 円	22,500
3	派遣料	2日 × 往64km × 1 名 × 100 円	12,800
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000-
6	有料道路		3,480

サービスセンター

名古屋SC

TEL - -

実施者

水野 高津

メモ

特記事項

①管理 No. 786816 v

②作業日 20 16 09 28

③Uコード 0528791818

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14090171

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-999-9

⑨実施SC 63

⑩技術者 41

⑪同行応援 42

⑫原因・処理 9-9-3-2

料金内訳

⑬A

部品代 4600

⑭B

技術料等 41780

⑮

⑯

税別合計金額 46380

⑰

消費税 3710

⑱

ご請求金額 ¥ 50090

納品書 No. 5426