

D 作業報告書

得意	神谷ファミリー-歯科		様	ご承認印
住所	岡崎市伊賀町東郷中61-1		様	神谷
TEL	0564-28-9321	署名	ご依頼	
機種 型式	IC Washer		号機	1653 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス		様	ご担当者
100073				

ご依頼内容・現象

・I7-16 (槽内温度低下) が
出ている。

原因

・再現なし。センサーは正常作動
しています。

処置

・センサー動作確認・ヒート動作確認
(TE101/102 温度差 1℃ 以内)

・センサーカバー清掃。

・乾燥ファン動作確認。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	機体の機器のコンディション
・槽内石工のセンサーに水が 当たらない。正しい温度が測定 出来る様に洗浄物の入水に注意願います。	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Br
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	部位

作業日 20 18 年 7 月 3 日

保形 守形 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検 5 点検 6 対象外 (摘要)

サービス形態 1 保守期間 2 ストップ 3 CM 医療機器 区分 特 非特

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 ル 60 除去移送 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No)	
2	技術料 1.5 H× / 名 × 8,000 円	12,000	
3	派遣料 12 km / 名 × 100 円	1,200	
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	12,000	
5	諸経費	3,000	
6	有付道路	3,160	

部署長	検査印	入力	納品書
石谷 隆	30.8.1	小	久保
TEL	-	-	-
実施者	小橋		

メモ

・設置設定 7/9

・温度センサー調整

・測定時間 45分 → 120分

特記事項

①管理 No. 805529 ✓

②作業日 20 18 07 31

③Uコード 0564289321

④⑤機種コード 11 - 73

⑥製造 No. 100073

⑦保守・サービス形態 1-2-50

⑧故障コード 32-304-3

⑨実施 SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	
技術料等	30,160
⑮	
⑯	
税別合計金額	30,160
⑰ B	
消費税	2,412

ご請求金額 ¥	32,572
納品書 No.	3701