

作業報告書

得意	おかのま歯科クリニック様			ご承認印
住所	岐阜県高山市相生町2丁目175			
TEL	0377-35-5068	署名		様
機種型式	WD-130(洗浄器)	号機	18060106	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHエスシー		ご担当者	安田様

ご依頼内容・現象	水漏れがもる。
原因	
処置	・センサーボックス(WD-130用)新調

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	機種のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 磨耗・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 2017年2月16日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ヶ月	3 CM	医療機器		区分	特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品交換	75 下見	77 PC	80 フォーター

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
002-0198-0	センサーボックス	1		6800

1	基本・据付・点検・性能点検・	(見積書No.)
2	技術料	日× 名× 円
3	派遣料	名× 円
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	
6	送料	1200

サレセンター	名古屋SC	実施者	高津
TEL	052-64-1671		

メモ

ディーラー様にて
部品交換の為
部品代のみになり対

特記事項

部品直送の為
ご承認印はありまし

①管理No. 791409

②作業日 20170216

③Uコード 0377355068

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No. 19060106

⑦保守・サービス形態 7-2-74

⑧故障コード 60-997-9

⑨実施SC 63

⑩技術者 42

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 6800
⑭B	技術料等 1200
⑮	
⑯	税別合計金額 8000
⑰B	消費税 680
ご請求金額 ¥ 8680	
納品書No. 9680	