

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 10月29日

機種/型式	IC clare		
作業年月日	2018年 10月 22日		作業時間: Hr
顧客名	藤原 歯科	様	TEL:
所在地	愛知県名古屋印緑区港水1丁目		ご担当 様
販売店	(株)元17名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2017年 10月 19日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100297	運転回数: 323
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ I7-30 不発生 V17=		
原因		
・ 圧力センサー故障による I7-発生		
処置、作業内容		
・ 圧力センサー部品交換作業 V17=		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー部品		1		
2	センサー用ケーブル		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

藤原 浩

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

鈴木

鈴木