

作業報告書

依頼者	おちでんタルクニニ 様		ご承認	
住所	愛知県長久手市			
TEL		重名		依頼
機種型式	Ic clare	写機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHSバウ 様		ご担当者	宮下 様

作業日 20 17 年 8 月 8 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スピード	3 CM	医療機器		特管 非常時
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						50 点検
						60 点検

メモ

X-カ-様了承済
の為サレニ

特記事項

①管理No	795286
②作業日	20 17 08 08
③Uコード	
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No	100172
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	91-999-8
⑨実施SC	63
⑩技術者	912
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

ご依頼内容・現象

入水漏え作業

原因

処置

Ic clare 入水漏え

771運転

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No)	
2	技術料	/H× /名× 7500円	7500
3	派遣料	往70km× /名× 100円	7000
4	宿泊費	泊× /名× 円	
5	諸経費		
6	材料費		1820

料金内訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	16320
⑮		

⑯	税別合計金額	16320
B	消費税	1305

ご請求金額 ¥ 17625

納品書No 3992

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作 ☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 磨殺・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 故障あり ☐ 劣化あり
	部位
☐ 別紙添付	あり [] なし []

実施者	高津
TEL	057-66-1677

部署長	検査	入力	納品書