

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018 年 11 月 8 日

機種/型式	LC Washer		
作業年月日	2018 年 11 月 8 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	水谷 歯科医院 様	TEL:	
所在地	三谷県 四日市市 小杉町 305-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 10 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100255	運転回数: 522
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
扉開き調整 (開口時 15cm くらい開く)		
原因		
処置、作業内容		
特記事項		
※ オートロック機構の調整が完了している。 新品の交換も完了した。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 水谷 早 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	早