

D 作業報告書

お客様 ひろあか歯科クリニック 様	ご承認印	
住所 三重県 伊勢市		
TEL 0595-26-0015	署名	様
機種 型式 JCC	号機	回
完	継続	有料
無形	製番	100089
取扱業者名 (株)エムシーサービス 様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象

排水ホスの受付側(排水タンク側)より水漏れ

原因

処置

・排水ホス 受付側の交換
・排水タンクに水が入り込むのを確認

最終確認チェック

☒漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作

☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	関の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 9 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守時間	3 CM	医療機器	区分	特記事項
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
		1		支給

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No)	
2	技術料	1 H × 1 名 × 7500 円	7500
3	派遣料	1 250k × 1 名 × 100 円	25000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	材料費		660

部署長	検印	入力	納品書
名	長川	久保	久保
TEL			

メモ

特記事項

①管理 No. 795396 ✓

②作業 H 20 17 09 29

③Uコード 05 95 26 00 18

④⑤機種コード 11 - 07

⑥製造 No. 100089

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 60 - 999 - 4

⑨実施SC 63

⑩技術者 65

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

料	金	内	訳
⑬A	部品代		0
⑭B	技術料等	39	160
⑮			
⑯	税別合計金額	39	160
	消費税	3	132

ご請求金額 ¥ 42 294

納品書 No. 5603