

D 作業報告書

得意様 おおのま歯科クリニック	様	ご承認
住所 岐阜県 高山市		
TEL 0577-35-5068	署名	ご依頼 様
機種 型式 BC-17	号機 運転回数 2373	回
完了	継続	有料
無料	製 備	14090135
取扱業者名 (株)IHEアソシエーツ	様	ご担当者 様

ご依頼内容・現象 エラー 31
原因 真空乾燥台の動作不良
処置 真空乾燥台 交換

最終確認チェック	☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了
お客様への伝言	図の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 12 月 23 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 材料 費	(摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 契約	2 スワ ッチ	3 CM	医療 機器		区分	特 管
作 業 区 分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 点検 済
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
T00101980	電石粉	1	✓	8700

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No. 6365-016)
2	技術料	H× 名× 円
3	派遣料	名× 円
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	
6		

部署長 	検印 	入力 	納品書
実施者 			
TEL - -			

2017年12月21日点検済
の為
技術料・派遣料無し

特記事項

①管理 No. 795418 ✓

②作業日 20 18 03 23

③Uコード 6577 355068

④⑤機種コード 111 - 711

⑥製造 No. 14090135

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32 - 102 - 1

⑨実施 SC 63

⑩技術者 65

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 8700
⑭B	技術料等
⑮	
⑯	税別合計金額 8700
⑰	消費税 696
ご請求金額 ¥ 9396	
納 品 書 記 号 11137	