

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式	VCD-150		
作業年月日	2018年 9月 14日		作業時間： Hr
顧客名	加藤 歯科 様		TEL：
所在地	小豆郡小豆3-152		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： FD14080169	運転回数： 2086
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 扉が異常閉鎖する		
原因		
・ 7枚-001		
処置、作業内容		
・ 7枚交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 加藤 歯科 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者